



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

Bydgoszcz, dnia 15.11.2017r

„ALAB” Laboratoria Sp. z o. o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych

Numer postępowania: LOP/II/K/2017 z dnia 09.11.2017r.

Pyt.1. Uprzejmie prosimy o podanie w formularzu cenowym przewidywanej ilości poszczególnych badań, w oparciu o ilości badań wykonanych w roku ubiegłym.

Odp:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawierają załączniki 1.1 i 1.2 do odpowiedzi

Pyt.2. Dotyczy pakietu 1.1, pozycji: 43. Panel diagnostyki celiakii(EMA,AGA- IF, tTG -A,tTG-G)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w jakiej klasie mają być wykonywane badania: EMA, AGA?

Odp:

Badania EMA i AGA- IF mają być wykonane w klasach IgA, IgG.

Pyt.3 Dotyczy pakietu 1.1, pozycji: 31. Panel nerkowy (DNA-DS, ANCA-IF,A-GMB)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju ANCA mają być wykonane a-ANCA, p- ANCA,

Odp:

c- ANCA i p –ANCA mają być wykonane jako formalinooporne i formalinowrażliwe

Pyt.4 Dotyczy pakietu 1.1, pozycja: 49. Panel naczyniowy (ANA- ANC, ANCA- IF, AECA)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie ANCA ma na myśli Udzielający Zamówienie?

Odp:

Przeciwciała ANCA-IF (typ świecenia) mają być wykonane:

c- ANCA i p –ANCA jako formalinooporne i formalinowrażliwe

Pyt.5 Dotyczy pakietu 1.1, pozycja: 55. Panel jelitowo-żołądkowy (PCA,GC,ACINTI,ASCA, ANCA)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie ANCA ma na myśli Udzielający Zamówienie?

Odp:

Przeciwciała ANCA-IF (typ świecenia)

(c- ANCA i p –ANCA jako formalinooporne i formalinowrażliwe)



Pyt.6 Dotyczy pakietu 1.1, pozycja: 99. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV-DNA
Proszę o doprecyzowanie testu, czy Udzielający Zamówienie ma na myśli 14 typów wirusa czy 37 typów wirusa, czy z genotypowaniem, czy bez genotypowania?

Odp:

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV-DNA- 14 typów wirusa, bez genotypowania

Pyt.7 Czy Zlecający dopuszcza możliwość wykonania badań z pakietu 1.2 metodą o porównywalnej czułości jaką jest Real Time PCR? Czym zamawiający kierował się umieszczając zapis dotyczący wykonania technika mikromacierzy? Metoda ta nie została uzasadniona w zakresie prowadzonego postępowania.

Odp.

Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości wykonania badań z pakietu 1.2 metodą Real Time PCR ,

Udzielający zamówienia zgodnie z zapisem w SWKO pkt 4a wymaga od Oferentów aby badania zawarte w pakiecie 1.2 były wykonane metodą mikromacierzy. Na zamawiającym nie ciąży obowiązek uzasadniania zapisów SWKO w jego treści.

Zgodnie z art.147 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Oferentów są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.”

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2
Im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska

Załączniki:

1.1 szacunkowa liczba badań do pakietu 1

1.2 szacunkowa liczba badań do pakietu 2